

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 1/3

Nr. SET.....8761/.....18.05.2021

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei nr. 1, localitatea Turceni, judetul Gorj; tel: 0253.335.017; fax: 0253.335.015.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Revizie ecograf, sterilizator si defibrilator”.

II.2. Cantitate:

Conform ANEXA nr. 1 a caietului de sarcini.

III. CERINTE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Aparatele medicale, pentru care se solicită efectuarea reviziei, fac parte din dotarea cabinetului medical al Sucursalei Electrocentrale Turceni. Clima specifica zonei este de tip temperat continentală, atmosfera neutră, cu praf industrial, lipsită de gaze sau agenți chimici corozivi.

III.2. Specificații tehnice minimale

Serviciul consta in efectuarea reviziei la urmatoarelor aparate medicale:

1. Ecograf SONOACE 8000 S.E. – 1 buc.
2. Sterilizator pupinel S.A.M. SQ-25 – 1 buc.
3. Defibrilator SAVER ONE – 1 buc.

Caracteristicile aparatelor medicale solicitate sunt urmatoarele:

- ecograful tip SONOACE 800 S.E. este folosit in cazuri de urgenta pentru a ajuta la depistarea eventualelor afectiuni si diagnosticarea corecta a acestora;
- sterilizatorul pupinel S.A.M. SQ-25 este folosit la sterilizarea materialelor si instrumentelor medicale;
- defibrilatorul tip SAVER ONE este un aparat usor, portabil, folosit in situatii de urgenta, pentru resuscitarea pacientului in stop cardio-respirator.

Lucrarile care vor fi executate in cadrul serviciului sunt detaliate in Anexa nr.1.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Serviciile prestate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale, prevazute in documentatiile producatorului.

Standardul pe care trebuie să le respecte serviciul solicitat este SR EN ISO/IEC 17025:2018, care contine cerinte pentru laboratoarele de încercare și etalonare, care să le permită acestora să demonstreze că funcționează cu competență și că au capacitatea de a genera rezultate tehnice valide.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE SI DURATA

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/3

IV.1. Prestare

2 zile lucratoare de la emiterea ordinului de incepere a prestarii serviciilor.

Serviciul se presteaza la adresa beneficiarului, strada Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, judetul Gorj.

IV.2. Durată contract

12 luni de la înregistrarea contractului.

V. GARANȚII

Pentru serviciile prestate, garantia tehnica va fi de minimum 30 de zile de la semnarea procesului verbal de receptie servicii.

In cazul aparitiei unor deficiente la serviciile prestate, in perioada de garantie, ofertantul are obligatia de a interveni in 72 de ore de la data notificarii de catre beneficiar, pentru remedierea acestora.

Garantia tehnica se prelungeste cu timpul scurs de la data la care beneficiarul a reclamat deficiențele pana la data remedierii acestora.

Termen de interventie pentru constatarea neconcordanțelor/neconformitatilor aparute in termenul de garantie: maximum 48 de ore de la instiintarea prin orice mijloace.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta propunerea financiară în lei fără TVA conform *Anexei nr.1* a caietului de sarcini.

VII. RECEPȚII, INSPECTII, TESTE

VII.1. Recepții

Receptia serviciului prestat se va face la beneficiar: Sucursala Electrocentrale Turceni, localitatea Turceni, Strada Uzinei nr. 1, judetul Gorj.

Recepția se va efectua în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data prestării/finalizării serviciilor.

Confirmarea serviciului se va face in baza procesului verbal de receptie, in care vor fi consemnate aparatele medicale la care s-a intervenit.

Termen de remediere a serviciului la care au fost constatate neconformitati la receptie: maximum 15 zile de la instiintarea prestatorului.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Prestatorul va respecta:

- condițiile de acces in unitate a personalului si a mijloacelor de transport impuse prin „Regulament intern” al beneficiarului *Titlul IX – Reguli de acces in CEO, Anexa nr. 2.*

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 3/3

- prevederile conventiei de securitate si sănătate în muncă si mediului încheiate cu Sucursala Electrocentrale Turceni.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 pentru achiziția serviciului de „Revizie ecograf, sterilizator si defibrilator”.

Anexa nr. 2 – *Regulament intern*” al beneficiarului Titlul IX – *Reguli de acces in CEO*

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director	Viorel FILIP		18.05.2021
Verificat	Sef Birou Prevenire si Protectie	Cornel Filimon PROCOPIU		18.05.2021
Elaborat	Cabinet medical	Anisoara BALACEANU		18.05.2021

S.E. Turceni

ANEXA nr. 1 a caietului de sarcini

pentru achizitia serviciului de „**Revizie ecograf, sterilizator si defibrilator**”
pe anul 2021:

Cod CPV: 50421000-2

Nr crt	Denumire	UM	Cantitate	Numar Revizii	PU (lei) fără TVA	Valoare (lei) fără TVA
1	<i>Ecograf SONOACE 8000 S.E. :</i> - Verificare setari/soft aparat; - Verificare raspuns comenzi tastatura; - Verificare sistem ultrasunete al sondelor.	buc	1	2		
2	<i>Sterilizator pupinel S.A.M. SQ-25 :</i> - Verificare conexiuni electrice; - Verificare lagatura la priza de pamant; - Verificare rezistente electrice; - Verificarea termoregulatorul; - Verificare inchidere si etansare usa; - Verificare sistem optic de semnalizare si control.	buc	1	4		
3	Defibrilator SAVER ONE: - Verificare integritate; - Verificare acumulatori; - Efectuare test de incarcare/descarcare.	buc	1	4		

Sef Birou Prevenire si Protectie
Cornel Filimon PROCOPIU

Cabinet medical
Anisoara BALACEANU