

Nr. 1618..... din 18.10.2022

I. INFORMATII GENERALE

I.1. Denumire si adresa beneficiar

Sucursala Electrocentrale Chiscani, Str. Principala nr. 317, com. Chiscani, cod postal 817025, jud. Braila, România. Tel: 0239 611550, Fax: 0239 611360

II. OBIECT ACHIZITIE

II.1. Denumire

„Analiza de laborator azot total in apele uzate deversate in fluviul Dunarea in anul 2023”.

II.2. Cantitate

- 12 (douasprezece) analize.

III. CERINTE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în opera serviciul solicitat:

Pentru determinarea azotului total din apele uzate evacuate în fluviul Dunarea, impus prin „Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 46/22.12.2021, este necesara prelevarea probelor de apa uzata din canalul de evacuare apa de racire generator, care apartine SC Electrocentrale Grup SA Bucuresti, in zona podului peste acest canal si efectuarea acestor analize cu un laborator acreditat RENAR.

Serviciul se presteaza la sediul beneficiarului pentru operatiile de prelevare a probelor si la sediul ofertantului pentru efectuarea analizei de laborator

III.2. Specificatii tehnice minimale

- Operatiunea de prelevare a probelor de apa va fi efectuata de catre personalul ofertantului si cu mijloacele acestuia.

- Se vor preleva 12 probe, câte una pe luna in anul 2023, din apele uzate deversate in fluviul Dunarea prin intermediul canalul de deversare, iar analiza acestora consta în determinarea azotului total.

Modul de prelevare, manipulare si de transportare a probelor de ape uzate deversate in fluviul Dunarea va fi în sarcina ofertantului.

Ofertantul va emite obligatoriu „Rapoarte de incercare” pentru fiecare analiza in parte.

Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile de referinta prevazute în Reglementarile privind evaluarea poluarii mediului aprobate prin Ordinul MAPPM nr. 756/1997, cu modificarile ulterioare.

III.2.1. Obiective si performanta

Nu este cazul.

3. Cerinte privind calitatea

Ofertantul trebuie sa detina laborator, pentru analize „Azot total” in apele uzate sate, acreditat RENAR.

Cerinte privind ambalarea, etichetarea, mancarea, transportul si depozitarea

Cerinte privind ambalarea
cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI <i>pentru achizitia de servicii</i>	COD:PAD-TSC-001
		REVIZIA: 1 pag. 2/3

III.4.2. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Nu este cazul.

III.4.3. Cerinte privind transportul

Transportul la laborator, al probelor prelevate, va fi asigurat de catre ofertant.

III.4.4. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE SI DURATA

IV.1. Prestare

Prestarea serviciului se va efectua la sediul ofertantului, pe parcursul anului 2023 cu frecventa de una analiza pe luna, cu incepere de la 01.01.2023. Serviciul se efectueaza in maximum cinci zile de la prelevarea probelor.

IV.2. Durata contract

425 zile de zile calendaristice de la inregistrarea contractului.

V. GARANTII

Nu este cazul.

VI. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

VI.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnica va fi întocmita în limba româna.

Propunerea tehnica va fi întocmita urmarind structura de continut si cerintele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în acesta.

Ca parte componenta a propunerii tehnice, ofertantul va prezenta si urmatoarele:

- Modalitatea de efectuare a operatiilor care vor sta la baza efectuării analizelor, urmarind întocmai structura de continut si cerintele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în acesta;
- Termen de prestare a serviciului.
- sa faca dovada ca detine laborator, pentru analize „Azot total” in apele uzate deversate, acreditat RENAR conform SR EN ISO/IEC 17025:2018 .

Cerintele si specificatiile tehnice din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca la prestarea serviciilor va utiliza personal calificat si autorizat pentru prestarea serviciilor.

ofertantul va prezenta copii (certificate conform cu originalul) ale documentelor (diplome de studii universitare, autorizatii etc.) prin care sa demonstreze calificarea/pregtirea profesionala/etc. pentru personalul mentionat anterior.

Ofertantul va prezenta o lista cu numele si prenumele si datele de identificare a personalului mentionat anterior.

VI.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta în propunerea financiara valoarea în lei fara TVA pentru o analiza „Azot total” si separat valoarea serviciului de prelevare proba si respectiv transport. Toate costurile aferente vor fi incluse în propunerea financiara

VII. RECEPTII, INSPECTII ,TESTE

VII.1. Receptii

Receptia se efectueaza la sediul beneficiarului cu adresa mentionata la subcap I.1.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI <i>pentru achizitia de servicii</i>		COD:PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 3/3

Serviciul se considera receptionat dupa emiterea si predarea la beneficiar a rapoartelor de analiza.

In cazul aparitiei de neconformitati serviciul se repeta in maximum doua zile lucratoare de la constatarea neconformitatii.

Prestatorul suporta toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii neconformitatilor constatate la receptie.

VII.2. Inspectii

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul

VIII. DISPOZITII FINALE

Prestatorul asigura desfasurarea activitatii în cadrul incintei Sucursalei Electrocentrale Chiscani:

- în conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319/2006, H.G. nr. 1425 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr. 319 / 2006, cu completarile si modificarile aduse de H.G. nr. 955/2010;

- în conformitate cu normele de protectie a muncii;
- cu siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate;
- cu personal calificat corespunzator pentru prestarea serviciului.

Prestatorul asigura ca în timpul prelevării probelor de apele uzate deversate in fluviul Dunarea, va detine în dotare:

- fise tehnice sau instructiuni, cât si Instructiuni proprii de SSM – conform Legii 319/2006, art.13, lit. e;

- echipament individual de protectie si de lucru, daca este cazul.


Prestatorul raspunde de eventualele impacturi negative asupra mediului înconjurator la prelevarea probelor de apele uzate deversate in fluviul Dunarea.

Orice prejudiciu adus mediului, la prelevarea probelor de sol, se va înlătura operativ pe cheltuiala proprie a ofertantului.

Responsabilii Sucursalei Electrocentrale Chiscani au obligatia de a supraveghea activitatea de prelevare a probelor de apele uzate deversate in fluviul Dunarea.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnatura	Data semnării
Aprobat	Director	Laurentiu Octavian GRAURE		18.10.2022
Elaborat	Compartiment Conservare	Nicolae FROMEA		18.10.2022